



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MUREȘ
Târgu-Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50, Cod 540136
Telefon 0265215146, 0265219008, fax 0265212344, e-mail secretariat@aspms.ro
www.aspms.ro
Cod fiscal 4322904

Operator date cu caracter personal nr. 0025631

LABORATORUL DE IGIENA RADIAȚIILOR IONIZANTE
Tg. Mureș, str. Gh. Doja, nr. 34, tel. 0265-269392, fax 0265-260695
E-mail: igradiatiilortg_ms@yahoo.com, Autorizație CNCAN nr. DC 323/2012
Laborator notificat de încercări conform SR EN ISO/CEI 17025
Certificat de desemnare CNCAN nr. LI 2311/2013

În baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a prevederilor Legii 111/1996 cu modificările ulterioare, a Legii securității și sănătății în muncă - 2006, a Normelor sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare – Ordinul M.S. nr. 381/2004 cu modificările și completările conform Ordinului MS nr. 1045/2010 și a Ordinului M.S. nr. 431/2004 privind organizarea și funcționarea laboratoarelor și compartimentelor de Igiena radiațiilor ionizante aflate în rețeaua Ministerului Sănătății,

în urma analizei documentației înregistrată la Biroul pentru avize și autorizări din cadrul D.S.P. Mureș cu nr. 914 din 06.06.2014 și înregistrată la Laboratorul de Igiena Radiațiilor Ionizante Tg. Mureș cu nr. 19 din 06.06.2014,

constatând că sunt îndeplinite prevederile legale, conform referatului de evaluare al Laboratorului de Igiena Radiațiilor Ionizante nr. 60 din 06.06.2014 întocmit de către Dr. Palcu Codruta Adriana,

Se eliberează

AUTORIZAȚIA SANITARĂ
PENTRU
DESFĂȘURAREA ÎN SIGURANȚĂ A ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
Nr. 19/2014

Solicitant: Spitalul Orășenesc "Dr. Valer Russu" Luduș

din loc. Luduș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Mureș, tel/fax 0265-411889

Obiectivul autorizat: Laborator de radiodiagnostic-Ambulatoriu de Specialitate

situat în loc. Luduș, str. Policlinicii, nr. 2, jud. Mureș, tel. 0265-411720

Practici: radiodiagnostic

Activități nucleare autorizate: UTILIZARE-FUNCȚIONARE

Autorizația este emisă în baza documentației prezentate și înregistrate la Biroul pentru Avize și Autorizații Sanitare din D.S.P. Mureș; prevederile din anexă fac parte integrantă din autorizație.

Orice modificare față de documentația pe baza căreia s-a emis autorizația atrage automat anularea autorizației, dacă nu a fost anunțată și aprobată în prealabil de către emitent.

Prezenta autorizație intră în vigoare la data de 06.06.2014 și se vizează anual.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Vasile Adrian Mureșan



ȘEF LABORATOR
Dr. Adriana-Codruța Palcu

ANEXĂ

la autorizația sanitară pentru desfășurarea în siguranță a activităților
nucleare nr. 19/2014

I. LIMITE

1. Instalație de radiodiagnostic fixă digitală tip DEL IMS CM, seria 1505/2007

Componentă:

- generator de înaltă tensiune, tip G 101 RAD, 50 kW seria AM9646K07
- cupolă, tip SAPPHIRE, seria H-20982
- suspensie de tavan cu support telescopic port-cupolă, tip LEM 150 SL 4695601100, seria 1505
- tub radiogen tip RAD 21, seria 2098-Y1
- colimator tip R 302 DACS/A, seria 020A/029
- sistem achiziție digitală tip DEL-IMS, seria 07110008
- sistem control automat al expunerii tip SSMC501(B3-C) P/N 12838, seria WO 156583/E-15
- masă pacient tip 03030042, seria S3030189
- stand vertical pentru radiografie, tip TRTX 43, seria 663
- DAP, tip 120-131 OEM, seria 03 G 31784

Parametrii maximi: 150 kV, 1000 mA

Producător: Villa Sistemi Medicali-Italia.

ASR nr. AI 099/2007.

II. CONDIȚII:

1. După fiecare intervenție de reparare și/sau schimbare de componente asupra dispozitivelor medicale cu radiații ionizante, firma de service va efectua verificările necesare și va emite un raport de verificare.
2. Se va efectua verificarea periodică anuală pentru aparatele care au o vechime mai mică de 10 ani, respectiv, semestrială pentru aparatele care au o vechime mai mare de 10 ani. Buletinele de verificare se vor arhiva la utilizator pentru a fi prezentate, la cerere organelor de control.
3. Orice eveniment nuclear va fi anunțat imediat la Laboratorul de Igiena Radiațiilor Nucleare din Târgu-Mureș.
4. Trimestrial se va transmite la Direcția de Sănătate Publică a jud. Mureș – Laboratorul de Igiena Radiațiilor un raport care va cuprinde sistemul de înregistrare individual conform Ord. M.S.P. nr. 1 542/11.12.2006 completat cu Ord. M.S.P. nr. 1 003 din 19 mai 2008.

III. CLAUZE:

1. O atenție deosebită se va acorda actualizării și comunicării anuale la D.S.P. Mureș a tabelului la zi al expușilor profesional la radiații ionizante, pe locuri de muncă și tip de expunere. Neanunțarea atrage după sine anularea autorizației.

Viză
Data... 02.06.2015...
Referat nr. ... 53...
Intocmit de... Dr. Palcu
..... Codreanu

Director executiv



Viză
Data... 03.06.2016...
Referat nr. ... 78...
Intocmit de... Dr. Palcu
..... Codreanu

Director executiv



Viză
Data... 06.06.2017...
Referat nr. ... 54...
Intocmit de... Dr. Palcu
..... Codreanu

Director executiv



Viză
Data... 04.06.2018...
Referat nr. ... 61...
Intocmit de... Dr. Palcu
..... Codreanu

Director executiv



Viză
Data.....
Referat nr.
Intocmit de.....
.....

Director executiv

Viză
Data.....
Referat nr.
Intocmit de.....
.....

Director executiv