



**GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE**

Bd. Libertății nr. 14, București 5

Telefon 021 316 34 76

Fax 021 316 14 36

Operator date cu caracter personal nr. 35647

**AUTORIZAȚIE
PENTRU
DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. FM 2064/2017**

În temeiul art. 8 din Legea nr. 111/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27.06.2006, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, al Normelor fundamentale de securitate radiologică și al Normelor specifice de securitate radiologică,

Ca urmare a analizării documentației înregistrată la C.N.C.A.N. cu nr. 8518/34406 din 18.08.2017,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ

SPITALUL ORĂȘENESC DR. VALER RUSȘU LUDUȘ

din Luduș, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Mureș, cod poștal , tel. 0265/411.889,
persoană juridică conform Legii nr. 95/2006, republicată,

**să
DEȚINĂ**

instalație radiologică, în conformitate cu documentația prezentată și prevederile impuse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta autorizație.

Intră în vigoare la data de: 29.09.2017

Expiră la data de: 28.09.2019



ANEXA Nr. 1
la autorizația pentru desfășurarea de activități
în domeniul nuclear nr. FM 2064/2017

I. COMPONENTĂ, CARACTERISTICI TEHNICE, IDENTIFICARE:

1. Instalația mobilă de RX - diagnostic cu un post grafie tip BASIC 4006, seria 03-23787-01/2003, cu următoarea componență:
 - Consola de comandă, f.s/f.a;
 - Generator de înaltă tensiune tip BASIC 4006, seria 03-23787-01/2003;
 - Cupolă RX tip E 40 R Hf X22 C, seria 01.01840 HF/2003;
 - Tub RX tip X 22 (0.3/0.6), seria 13c228/2003;
 - Colimator tip RALCO, seria 043/11670/f.a;
 - Cărucior mobil, f.s/f.a;
 - Parametri instalație:
 - Tensiunea maximă în tubul RX: 110 kV;
 - Intensitatea maximă a curentului în tubul RX: 70 mA;
 - Producător: INTERMEDICAL SRL – Italia.
 - Instalația radiologică are ASR nr. OG 006/2003.
 - Loc de depozitare: magazia Spitalului situată în str. Republicii, nr. 65, loc. Luduș.

II. CONDIȚII:

1. Orice modificare a situației instalației, apărută în sensul art. 2 din Legea nr. 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, se va face numai cu acordul CNCAN.
2. Pe perioada de valabilitate a prezentei autorizații, se vor lua măsuri în vederea utilizării, transferului, închirierii sau casării instalației radiologice.
3. Este interzisă înstrăinarea sub orice formă a instalației radiologice sau a componentelor acesteia fără acordul CNCAN.
4. Instalația aflată în deținere se va păstra sigilată, în condiții de securitate fizică și securitate radiologică, fără drept de utilizare.
5. Titularul de autorizație are obligația să anunțe de îndată orice eveniment radiologic la Centrul de Notificare al CNCAN (telefon: 021-351 50 89, fax: 021-351 50 88).

III. PERSOANA RESPONSABILĂ: PUIA CĂLIN

